



**Pracoviště:** Oblastní inspektorát Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10  
oddělení měř a vah  
tel. +420 266 020 143, fax. +420 266 020 169

## POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

**Datum vydání:** 12.11.2015 List 1 z 1 listu

**Zákazník:** Tomáš Bařtipán  
Dříteč 150  
533 05 Dříteč

**Měřidlo - druh:** Váha s neautomatickou činností třídy přesnosti (III)

**výrobce:** VÁHY ROSE

**typ:** STABIL

**výrobní číslo:** 0416/2004

**specifikace:** Max = 60 000 kg                      Min = 400 kg                      d = 20 kg    e = 20 kg

**Vlastník měřidla:** KVD plus s.r.o.  
Václavské nám. 819/43  
110 00 Praha 1

**Použité etalony:** Sekundární etalon třídy M1-2, kalibrační list č. 6151-KL-H0322-15  
Sekundární etalon třídy M2, kalibrační list č.1053-KL-30008-15  
Sekundární etalon třídy M1, kalibrační list č.1053-KL-30015-15

**Datum provedení:** 9.11.2015

**Místo provedení:** Středisko Dolní Beřkovice

**Výrok o výsledku:** Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

**Ověření provedl:**

Zdeněk Barvínek



**Ředitel oblastního inspektorátu:**

Ing. Vladimír Peršl